



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000078/2025 - 09/10/2025 - Processo Nº /2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00030623	CONSULTÓRIO PORTÁTIL CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTE ITENS:01 MALA EM MATERIAL RESISTENTE (ABS NAVAL), E RODAS E ALÇAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE; COM COMPRESSOR ACOPLADO COM CAPACIDADEMÍNIMA DE 06 LITROS; ISENTOS DE ÓLEO, GARANTINDO A QUALIDADE DO AR COM consultório portátil contendo no mínimo os seguintes itens:01 mala em material resistente (abs naval), e rodas e alças para facilitar o transporte; com compressor acoplado com capacidademínima de 06 litros; isento de óleo, garantindo a qualidade do ar comprimido e operando em um nível de ruído super silencioso.tensão de alimentação 220 v; frequência: 60 hz.01 sugador;01 seringa tríplice (soprador de ar e jato de água);01 conexão para caneta de alta rotação (tipo borden 2 vias);01 conexão para caneta de baixa rotação (tipo borden 2 vias);01 caneta de bixa rotação;01 caneta de alta rotação;01 fotopolimerizador 1000 mw;01 ultrassom de profilaxia com potência mínima 28khz–2w, máxima 86khz– 3w;01 pedal de acionamento; oferecer controle de velocidade através de um pedal, permitindo ao profissional ajustar a velocidade dasponteiras.01 micro motor;01 contra ângulo;01 válvula para controlar o fluxo de sucção.-manômetro deve ser visível para referenciar a pressão de ar nas ponteiras.- deve possuir interruptores separados de liga/desliga para a garrafa de água e a sucção.- pressão de operação do compressor: mínima 0,5 mpa (5,1 kgf/cm2) (72 libras/psi), máxima 0,8 mpa (8,16 kgf/cm2)(116 libras/psi).- pressão de alta rotação: mínima 0,2 mpa (2,1 kgf/cm2) (30 libras/psi), máxima 0,4 mpa (4,2 kgf/cm2) (60libras/psi).- vasão mínima do compressor 6,2 pcm.- regulamento e registrado pela anvisa;- garantia mínima de 12 meses;	UN	3	21.000,000	63.000,00

63.000,00